



报告编号：NMJAJY-M/DH02CDBG/26-0090

煤矿用携带型电化学式氧气测定器 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古呼准铁路有限责任公司
受检单位：内蒙古呼准铁路有限责任公司
样品名称：便携式气体检测仪
检验类别：委托检测检验
检验日期：2026 年 07 月 29 日
建议下次检验日期：2027 年 01 月 28 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司



扫码查询真伪

注 意 事 项

- 一、检测检验报告中数据仅对被检样品当时安全状态负责。
- 二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 三、检测检验报告未加盖本公司“公章”或“检验检测专用章”、“资质章”、“骑缝章”无效。
- 四、除全文复制外, 未经实验室批准不得部分复制报告。
- 五、检测检验报告涂改无效。
- 六、若对检测检验报告有异议, 请于收到检测检验报告之日起, 十五日内向本公司提出处理, 逾期视为认可。
- 七、被检样品到检测检验周期时, 应再次进行检测检验。
- 八、被检样品大修后, 可能影响其安全性能, 建议再次进行检测检验。

检验机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼
二楼。

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989


场所 1：□阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

场所 2：☑鄂尔多斯东胜区铜川镇捷通机电城实验室。

煤矿用携带型电化学式氧气测定器安全检测检验报告

受检单位	名称	内蒙古呼准铁路有限责任公司		
	地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗兴隆街道周家湾村		
检测检验类别		委托检测检验	样品名称	便携式气体检测仪
检测检验地点		鄂尔多斯市东胜区铜川镇捷通机电城实验室		
检测检验依据		MT/T 704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》		
检测检验项目	序号	项目/参数	依据标准条款要求	
	1	外观及结构	显示窗应透光良好，数码、符号均应清晰完好；表面、镀层或涂层不应有气泡、裂痕、明显剥落和斑点；结构合理、耐用。	
	2	电源及充电检查	应有电源电压显示、欠压提示、欠压自动关机功能；进行充电时，应有充电指示、充电完成关断及指示功能。	
	3	基本误差测定	测量范围，%O ₂	基本误差，%O ₂
			0.0~5.0	±0.5
			>5.0~25.0	±0.8
	4	响应时间测定	响应时间≤35s。	
5	报警功能试验	报警误差≤±0.3%O ₂ 。 报警声级强度≥75dB(A)；光信号在暗处的能见度应不小于20m远。		
检测检验组成员		孙志超 王东升		
检测检验结论		依据 MT/T 704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》对便携式气体检测仪进行了检测检验，详见《检测检验结果表》。 结论：所检项目合格。 签发日期 2026年08月05日		
备注		/		

批准：

审核：

主检：

内蒙古久安检验检测技术有限公司

第 1 页 共 4 页



检测检验环境与设备一览表

检测检验环境	温度：24.3℃ 				
--------	--	--	--	--	--

检测检验结果表

样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器量程，%O ₂	项目/参数										
							外观及结构检查	电源及充电	基本误差测定，%O ₂				响应时间，s	报警功能			
									标准气体物质	5.06	15.06	21.16		25.10	报警误差，%O ₂	报警声级强度，dB（A）	报警光信号
CD-261011	YLA20	230800058	/	苏州亿利安机电科技有限公司	2023.08	0~25	符合要求	符合要求	示值误差	0.1	0.5	0.4	0.4	16.5	0.0	81.6	暗处，20m可见红光
单项结论							合格	合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格



现场检测检验影像

