



报告编号：NMJAJY-M/H2SBJBG/26-0028

硫化氢检测报警仪 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古呼准铁路有限责任公司
受检单位：内蒙古呼准铁路有限责任公司
样品名称：便携式气体检测仪
检验类别：委托检测检验
检验日期：2026 年 07 月 29 日
建议下次检验日期：2027 年 01 月 28 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司



扫码查询真伪

注 意 事 项

- 一、检测检验报告中数据仅对被检样品当时安全状态负责。
- 二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 三、检测检验报告未加盖本公司“公章”或“检验检测专用章”、“资质章”、“骑缝章”无效。
- 四、除全文复制外, 未经实验室批准不得部分复制报告。
- 五、检测检验报告涂改无效。
- 六、若对检测检验报告有异议, 请于收到检测检验报告之日起, 十五日内向本公司提出处理, 逾期视为认可。
- 七、被检样品到检测检验周期时, 应再次进行检测检验。
- 八、被检样品大修后, 可能影响其安全性能, 建议再次进行检测检验。

检验机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇东胜区苏勒德大街 68 号捷

通机电城 B 区 B3 号楼 1 单元 1033/1034。

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所：鄂尔多斯东胜区铜川镇捷通机电城实验室。

硫化氢检测报警仪安全检测检验报告

受检单位	名称	内蒙古呼准铁路有限责任公司			
	地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗兴隆街道周家湾村			
检测检验类别		委托检测检验	样品名称	便携式气体检测仪	
检测检验地点		鄂尔多斯市东胜区铜川镇捷通机电城实验室			
检测检验依据		MT/T 1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》			
检测检验项目		序号	项目/参数	依据标准条款要求	
		1	外观及结构检查	外观完好、结构完整、附件齐全。	
		2	基本误差测定	测量范围, $1 \times 10^{-6} \text{H}_2\text{S}$	允许误差, %
				0~49	±3
				50~100	真值的±10
		3	响应时间测定	响应时间≤45s。	
4	报警功能试验	报警误差≤ $\pm 3 \times 10^{-6} \text{H}_2\text{S}$ 。 报警声级强度≥80dB(A); 报警光信号应能在黑暗环境中20m处清晰可见。。			
检测检验组成员		王东升 孙志超			
检测检验结论		依据 MT/T 1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》对便携式气体检测仪行了检测检验, 详见《检测检验结果表》 结论: 所检项目合格。 签发日期 2026年03月05日			
备注		/			

批准: 

审核: 

主检: 

内蒙古久安检验检测技术有限公司

第 1 页 共 4 页

检测检验环境与设备一览表

检测检验环境	温度：24.3℃ 				
--------	--	--	--	--	--

检测检验结果表

样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器量程， $1\times 10^{-6}\text{H}_2\text{S}$	项目/参数								
							外观及结构检查	基本误差测定， $1\times 10^{-6}\text{H}_2\text{S}$				响应时间，s	报警功能		
								标准气体物质	40.86	25.42	89.07		报警误差， $1\times 10^{-6}\text{H}_2\text{S}$	报警声级强度，dB（A）	报警光信号
CD-261012	YLA20	230800056	/	苏州亿利安机电科技有限公司	2023.08	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.1	1.7	24.2	0.0	82.5	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格



现场检测检验影像

