



报告编号: NMJAJY-M/H2SBJBG/26-0030

硫化氢检测报警仪 安全检测检验报告

委托单位: 内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿
受检单位: 内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿
样品名称: 多参数报警仪
检验类别: 委托检测检验
检验日期: 2026 年 08 月 05 日
建议下次检验日期: 2027 年 02 月 04 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司



扫码查询真伪

注 意 事 项

- 一、检测检验报告中数据仅对被检样品当时安全状态负责。
- 二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 三、检测检验报告未加盖本公司“公章”或“检验检测专用章”、“资质章”、“骑缝章”无效。
- 四、除全文复制外, 未经实验室批准不得部分复制报告。
- 五、检测检验报告涂改无效。
- 六、若对检测检验报告有异议, 请于收到检测检验报告之日起, 十五日内向本公司提出处理, 逾期视为认可。
- 七、被检样品到检测检验周期时, 应再次进行检测检验。
- 八、被检样品大修后, 可能影响其安全性能, 建议再次进行检测检验。

检验机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼
二楼。

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所 1：□阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

场所 2：☑鄂尔多斯东胜区铜川镇捷通机电城实验室。

硫化氢检测报警仪安全检测检验报告

受检单位	名称	内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿			
	地址	鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇松定霍洛村			
检测检验类别		委托检测检验	样品名称	多参数报警仪	
检测检验地点		鄂尔多斯市东胜区铜川镇捷通机电城实验室			
检测检验依据		MT/T 1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》			
检测检验项目		序号	项目/参数	依据标准条款要求	
		1	外观及结构检查	外观完好、结构完整、附件齐全。	
		2	基本误差测定	测量范围, $1 \times 10^{-6} \text{H}_2\text{S}$	允许误差, %
				0~49	±3
				50~100	真值的±10
		3	响应时间测定	响应时间≤45s。	
		4	报警功能试验	报警误差≤ $\pm 3 \times 10^{-6} \text{H}_2\text{S}$ 。 报警声级强度≥80dB(A); 报警光信号应能在黑暗环境中20m处清晰可见。。	
检测检验组成员		孙志超 吕柄寰			
检测检验结论		依据 MT/T 1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》对多参数报警仪进行了检测检验, 详见《检测检验结果表》 结论: 所检项目合格。 签发日期 2026年03月24日			
备注		/			

批准:  审核:  主检: 

内蒙古久安检验检测技术有限公司

第 1 页 共 9 页

检测检验环境与设备一览表

检测检验环境	温度：（23.6～23.8）℃ 相对湿度：（63～64）% 大气压力：（85.3～85.4）kPa				
检测检验用主要设备、仪器和仪表					
名称	管理编号	规格 型号	准确度等级/最大允 许误差/不确定度	检定/校准证书编号	有效期至
硫化氢传 感器检测 装置	JASB-S270	KAJC- II	2.5 级	524046106	2026. 11. 09
声级计	JASB-S249	AWA5636	2 级	SKhx25-04099	2026. 10. 21
空盒气压 表	JASB-S186	DYM3	±2. 0hPa	524046104	2026. 11. 09
温湿度表	JASB-S362	WS-A1	温度：±2. 0℃ 相对湿度：±5%	KLF202534664	2026. 08. 26
标准物质	JASB-B303	99. 999%N ₂	$U_{\text{rel}}=1\% \quad k=2$	260316-L194206066	2027. 03. 18
	JASB-B263	25. 42× 10 ⁻⁶ H ₂ S	$U_{\text{rel}}=2\% \quad k=3$	260115-200250718183	2027. 01. 21
	JASB-B250	40. 86× 10 ⁻⁶ H ₂ S	$U_{\text{rel}}=2\% \quad k=3$	251110-80204070	2026. 11. 10
	JASB-B262	15. 56× 10 ⁻⁶ H ₂ S	$U_{\text{rel}}=2\% \quad k=3$	260115214104083	2027. 01. 21
	JASB-B266	89. 07× 10 ⁻⁶ H ₂ S	$U_{\text{rel}}=2\% \quad k=3$	260115-200250718178	2027. 01. 21
电子秒表	JASB-S193	DM1-001	0. 01s	KW24097010001	2026. 11. 07
钢卷尺	JASB-S093	5m	$U=0.2mm \quad k=2$	C20260104455	2027. 01. 25

检测检验结果表

样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器量程，1×10 ⁻⁶ H ₂ S	项目/参数								
							外观及结构检查	基本误差测定，1×10 ⁻⁶ H ₂ S				响应时间，s	报警功能		
								标准气体物质	40.86	25.42	89.07		报警误差，1×10 ⁻⁶ H ₂ S	报警声级强度，dB（A）	报警光信号
COCD-261040	JD4（J）	2025120056	MFA240181	陕西华中煤矿装备有限公司	2026.01	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.2	2.0	24.3	0.0	82.7	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261041	JD4（J）	2025120059	MFA240181	陕西华中煤矿装备有限公司	2026.01	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.4	1.9	24.6	0.0	82.8	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261042	JD4（J）	20025120049	MFA240181	陕西华中煤矿装备有限公司	2026.01	0~100	符合要求	示值误差	-0.1	0.4	1.5	23.3	0.0	82.5	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261043	JD4（J）	2024120042	MFA240181	陕西华中煤矿装备有限公司	2026.01	0~100	符合要求	示值误差	0.3	0.3	1.1	24.2	0.0	82.5	暗处，20m可见红光



样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器量程，1×10 ⁻⁶ H ₂ S	项目/参数								
							外观及结构检查	基本误差测定，1×10 ⁻⁶ H ₂ S				响应时间，s	报警功能		
								标准气体物质	40.86	25.42	89.07		报警误差，1×10 ⁻⁶ H ₂ S	报警声级强度，dB（A）	报警光信号
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261044	JD4（J）	2025120057	MFA240181	陕西华中煤矿装备有限公司	2026.01	0~100	符合要求	示值误差	-0.7	0.2	1.4	23.3	0.0	82.5	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261045	JD4（J）	2025120060	MFA240181	陕西华中煤矿装备有限公司	2026.01	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.2	1.4	24.3	0.0	82.3	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261046	JD4（J）	2025120045	MFA240181	陕西华中煤矿装备有限公司	2026.01	0~100	符合要求	示值误差	-0.1	0.1	1.3	24.2	0.0	82.3	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器量程，1×10 ⁻⁶ H ₂ S	项目/参数								
							外观及结构检查	基本误差测定，1×10 ⁻⁶ H ₂ S				响应时间，s	报警功能		
								标准气体物质	40.86	25.42	89.07		报警误差，1×10 ⁻⁶ H ₂ S	报警声级强度，dB（A）	报警光信号
COCD-261047	CD4	22096485	MFA130059	陕西斯达防爆安全科技股份有限公司	2022.09	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.3	1.6	24.3	0.0	82.4	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261048	CD4	2103858	MFA130059	陕西斯达防爆安全科技股份有限公司	2021.03	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.2	1.7	24.3	0.0	82.2	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261049	CD4	22096588	MFA130059	陕西斯达防爆安全科技股份有限公司	2022.09	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.2	2.0	24.3	0.0	82.4	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格



样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器量程，1×10 ⁻⁶ H ₂ S	项目/参数								
							外观及结构检查	基本误差测定，1×10 ⁻⁶ H ₂ S				响应时间，s	报警功能		
								标准气体物质	40.86	25.42	89.07		报警误差，1×10 ⁻⁶ H ₂ S	报警声级强度，dB（A）	报警光信号
COCD-261050	CD4	22096510	MFA130059	陕西斯达防爆安全科技股份有限公司	2023.09	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.3	1.7	23.9	0.0	82.4	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261051	JD4	SR24042270	MFA210213	廊坊速瑞电子科技有限公司	2024.04	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.2	1.5	23.9	0.0	82.5	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261052	JD4	SR24040457	MFA210213	廊坊速瑞电子科技有限公司	2024.04	0~100	符合要求	示值误差	-0.1	0.1	1.4	24.2	0.0	82.4	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261053	JD4	SR24040473	MFA210213	廊坊速瑞电子科技有限公司	2024.04	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.2	1.3	24.4	0.0	82.6	暗处，20m可见红光

样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器量程，1×10 ⁻⁶ H ₂ S	项目/参数								
							外观及结构检查	基本误差测定，1×10 ⁻⁶ H ₂ S				响应时间，s	报警功能		
								标准气体物质	40.86	25.42	89.07		报警误差，1×10 ⁻⁶ H ₂ S	报警声级强度，dB（A）	报警光信号
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261054	JD4	SR24042264	MFA210213	廊坊速瑞电子科技有限公司	2024.04	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.3	1.2	24.3	0.0	82.4	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261055	CD4	14233495	MFA130028	北京卓安恒瑞科技有限公司	2023.11	0~100	符合要求	示值误差	-0.1	-0.1	-1.0	24.4	0.0	82.7	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261056	CD4	14233532	MFA130028	北京卓安恒瑞科技有限公司	2023.11	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.2	1.5	23.7	0.0	81.9	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261057	CD4	14233515	MFA130028	北京卓安恒瑞科技有限公司	2023.11	0~100	符合要求	示值误差	0.0	0.1	1.3	23.9	0.0	82.0	暗处，20m可见红光



样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器量程，1×10 ⁻⁶ H ₂ S	项目/参数								
							外观及结构检查	基本误差测定，1×10 ⁻⁶ H ₂ S			响应时间，s	报警功能			
								标准气体物质	40.86	25.42		89.07	报警误差，1×10 ⁻⁶ H ₂ S	报警声级强度，dB（A）	报警光信号
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261058	JD4	06250634BG	MFA240019	河南博恩思电子科技有限公司	2026.01	0~100	符合要求	示值误差	-0.2	0.4	1.5	24.2	0.0	82.6	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
COCD-261059	CD4	14233512	MFA130028	北京卓安恒瑞科技有限公司	2023.11	0~100	符合要求	示值误差	-0.1	0.2	1.5	23.7	0.0	82.4	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

现场检测检验影像

