



报告编号：NMJAJY-M/H2SBJBG/26-0031

硫化氢检测报警仪 安全检测检验报告

委托单位：中煤三建苏布尔嘎项目部
受检单位：中煤三建苏布尔嘎项目部
样品名称：矿用多参数气体测定器
检验类别：委托检测检验
检验日期：2026 年 08 月 17 日
建议下次检验日期：2027 年 02 月 16 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司



扫码查询真伪

注 意 事 项

- 一、检测检验报告中数据仅对被检样品当时安全状态负责。
- 二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 三、检测检验报告未加盖本公司“公章”或“检验检测专用章”、“资质章”、“骑缝章”无效。
- 四、除全文复制外, 未经实验室批准不得部分复制报告。
- 五、检测检验报告涂改无效。
- 六、若对检测检验报告有异议, 请于收到检测检验报告之日起, 十五日内向本公司提出处理, 逾期视为认可。
- 七、被检样品到检测检验周期时, 应再次进行检测检验。
- 八、被检样品大修后, 可能影响其安全性能, 建议再次进行检测检验。

检验机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼
二楼。

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989


场所 1：□阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

场所 2：☑鄂尔多斯东胜区铜川镇捷通机电城实验室。

硫化氢检测报警仪安全检测检验报告

受检单位	名称	中煤三建苏布尔嘎项目部			
	地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇			
检测检验类别		委托检测检验	样品名称	矿用多参数气体检测报警仪	
检测检验地点		鄂尔多斯市东胜区铜川镇捷通机电城实验室			
检测检验依据		MT/T 1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》			
检测检验项目		序号	项目/参数	依据标准条款要求	
		1	外观及结构检查	外观完好、结构完整、附件齐全。	
		2	基本误差测定	测量范围, $1 \times 10^{-6} \text{H}_2\text{S}$	允许误差, %
				0~49	±3
				50~100	真值的±10
		3	响应时间测定	响应时间≤45s。	
4	报警功能试验	报警误差≤ $\pm 3 \times 10^{-6} \text{H}_2\text{S}$ 。 报警声级强度≥80dB(A); 报警光信号应能在黑暗环境中20m处清晰可见。。			
检测检验组成员		李鹏 边杰			
检测检验结论		依据 MT/T 1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》对矿用多参数气体检测报警仪进行了检测检验, 详见《检测检验结果表》。 结论: 所检项目合格。 签发日期 2026年03月24日			
备注		/			

批准: 

审核: 

主检: 

内蒙古久安检验检测技术有限公司

第 1 页 共 4 页



检测检验环境与设备一览表

检测检验环境	温度：21.4℃ 相对湿度：54% 大气压力：84.9kPa				
检测检验用主要设备、仪器和仪表					
名称	管理编号	规格 型号	准确度等级/最大允 许误差/不确定度	检定/校准证书编号	有效期至
硫化氢传 感器检测 装置	JASB-S270	KAJC-II	2.5 级	524046106	2026.11.09
声级计	JASB-S249	AWA5636	2 级	SKhx25-04099	2026.10.21
空盒气压 表	JASB-S186	DYM3	±2.0hPa	524046104	2026.11.09
温湿度表	JASB-S362	WS-A1	温度：±2.0℃ 相对湿度：±5%	KLF202534664	2026.08.26
标准物质	JASB-B303	99.999%N ₂	$U_{\text{rel}}=1\% \quad k=2$	260316-L194206066	2027.03.18
	JASB-B263	25.42× 10 ⁻⁶ H ₂ S	$U_{\text{rel}}=2\% \quad k=3$	260115-200250718183	2027.01.21
	JASB-B250	40.86× 10 ⁻⁶ H ₂ S	$U_{\text{rel}}=2\% \quad k=3$	251110-80204070	2026.11.10
	JASB-B262	15.56× 10 ⁻⁶ H ₂ S	$U_{\text{rel}}=2\% \quad k=3$	260115214104083	2027.01.21
	JASB-B266	89.07× 10 ⁻⁶ H ₂ S	$U_{\text{rel}}=2\% \quad k=3$	260115-200250718178	2027.01.21
电子秒表	JASB-S193	DM1-001	0.01s	KW24097010001	2026.11.07
钢卷尺	JASB-S093	5m	$U=0.2mm \quad k=2$	C20260104455	2027.01.25

检测检验结果表

样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器量程， $1\times 10^{-6}\text{H}_2\text{S}$	项目/参数								
							外观及结构检查	基本误差测定， $1\times 10^{-6}\text{H}_2\text{S}$				响应时间，s	报警功能		
								标准气体物质	40.86	25.42	89.07		报警误差， $1\times 10^{-6}\text{H}_2\text{S}$	报警声级强度，dB（A）	报警光信号
COCD-261060	CD4（B）	XA260400377	MFA230131	浙江正安防爆电气有限公司	2026.04	0~100	符合要求	示值误差	1.3	0.6	4.9	17.3	0.0	81.7	暗处，20m可见红光
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格



现场检测检验影像

