



报告编号: NMJAJY-M/HCH4BG/26-0033

# 煤矿用非色散红外甲烷传感器 安全检测检验报告

委托单位: 内蒙古棋盘井矿业有限责任公司  
受检单位: 内蒙古棋盘井矿业有限责任公司  
样品名称: 矿用激光甲烷传感器  
检验类别: 委托检测检验  
检验日期: 2026 年 08 月 20 日  
建议下次检验日期: 2027 年 02 月 19 日

内蒙古久安检测技术有限公司



扫码查询真伪

## 注 意 事 项

- 一、检测检验报告中数据仅对被检样品当时安全状态负责。
- 二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 三、检测检验报告未加盖本公司“公章”或“检验检测专用章”、“资质章”、“骑缝章”无效。
- 四、除全文复制外, 未经实验室批准不得部分复制报告。
- 五、检测检验报告涂改无效。
- 六、若对检测检验报告有异议, 请于收到检测检验报告之日起, 十五日内向本公司提出处理, 逾期视为认可。
- 七、被检样品到检测检验周期时, 应再次进行检测检验。
- 八、被检样品大修后, 可能影响其安全性能, 建议再次进行检测检验。

检验机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼  
二楼。

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所 1：□阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

场所 2：☑鄂尔多斯东胜区铜川镇捷通机电城实验室。

煤矿用非色散红外甲烷传感器安全检测检验报告

|                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------|
| 受检单位                                                                                                                                                                | 名称                    | 内蒙古棋盘井矿业有限责任公司                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
|                                                                                                                                                                     | 地址                    | 鄂托克旗棋盘井镇政府东 2 公里处                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
| 检测检验类别                                                                                                                                                              |                       | 委托检测检验                                                                                                            | 样品名称                                                                                                                                                                | 矿用激光甲烷传感器             |                       |          |           |                       |          |        |
| 检测检验地点                                                                                                                                                              |                       | 鄂尔多斯市东胜区铜川镇捷通机电城实验室                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
| 检测检验依据                                                                                                                                                              |                       | KA/T 6211-2008 《煤矿用非色散红外甲烷传感器》                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
| 检测检验项目                                                                                                                                                              | 序号                    | 项目/参数                                                                                                             | 依据标准条款要求                                                                                                                                                            |                       |                       |          |           |                       |          |        |
|                                                                                                                                                                     | 1                     | 外观及结构检查                                                                                                           | 显示清晰完好，表面涂、镀层均匀、牢固、颜色一致，结构合理，有悬挂或支撑结构。                                                                                                                              |                       |                       |          |           |                       |          |        |
|                                                                                                                                                                     | 2                     | 基本误差测定                                                                                                            | A、B 类传感器测量基本误差应符合表 1 的规定：<br>表 1                                                                                                                                    |                       |                       |          |           |                       |          |        |
|                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                   | <table><tr><td>测量范围，%CH<sub>4</sub></td><td>基本误差</td></tr><tr><td>0.00～1.00</td><td>±0.06%CH<sub>4</sub></td></tr><tr><td>1.00～100</td><td>真值的±6%</td></tr></table> |                       | 测量范围，%CH <sub>4</sub> | 基本误差     | 0.00～1.00 | ±0.06%CH <sub>4</sub> | 1.00～100 | 真值的±6% |
|                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                   | 测量范围，%CH <sub>4</sub>                                                                                                                                               | 基本误差                  |                       |          |           |                       |          |        |
|                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                   | 0.00～1.00                                                                                                                                                           | ±0.06%CH <sub>4</sub> |                       |          |           |                       |          |        |
| 1.00～100                                                                                                                                                            | 真值的±6%                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
| C 类传感器测量基本误差应符合表 2 的规定：<br>表 2                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
| <table><tr><td>测量范围，%CH<sub>4</sub></td><td>基本误差</td></tr><tr><td>0.00～1.00</td><td>±0.07%CH<sub>4</sub></td></tr><tr><td>1.00～100</td><td>真值的±7%</td></tr></table> |                       | 测量范围，%CH <sub>4</sub>                                                                                             | 基本误差                                                                                                                                                                | 0.00～1.00             | ±0.07%CH <sub>4</sub> | 1.00～100 | 真值的±7%    |                       |          |        |
| 测量范围，%CH <sub>4</sub>                                                                                                                                               | 基本误差                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
| 0.00～1.00                                                                                                                                                           | ±0.07%CH <sub>4</sub> |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
| 1.00～100                                                                                                                                                            | 真值的±7%                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
| 3                                                                                                                                                                   | 响应时间测定                | A、B 类传感器的响应时间≤25s；<br>C 类传感器的响应时间应≤50s                                                                            |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
| 4                                                                                                                                                                   | 报警功能试验                | A、B 类传感器报警误差≤±0.05%CH <sub>4</sub> ；<br>C 类传感器报警误差≤±0.5%CH <sub>4</sub> ；<br>报警声级强度≥80dB(A)。<br>光信号应能在 20m 处清晰可见。 |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
| 检测检验组成员                                                                                                                                                             |                       | 乌云娜 孙志超                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
| 检测检验结论                                                                                                                                                              |                       | 依据 KA/T 6211-2008 《煤矿用非色散红外甲烷传感器》对矿用激光甲烷传感器进行了检测检验，详见《检测检验结果表》。<br>结论：所检项目合格。<br>签发日期 2026年09月04日                 |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |
| 备注                                                                                                                                                                  |                       | /                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |           |                       |          |        |

批准：[Signature] 审核：[Signature] 主检：[Signature]

内蒙古久安检验检测技术有限公司 第 1 页 共 8 页

检测检验环境与设备一览表

|                     |                                                             |                       |                                                                 |                    |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 检测检验环境              | 温度：（23.6～24.2）℃      相对湿度：（52～54）%      大气压力：（84.9～85.0）kPa |                       |                                                                 |                    |              |
| 检测检验用主要设备、仪器和仪表     |                                                             |                       |                                                                 |                    |              |
| 名称                  | 管理编号                                                        | 规格<br>型号              | 准确度等级/最大允<br>许误差/不确定度                                           | 检定/校准证书编号          | 有效期至         |
| 甲烷报警<br>仪检定配<br>套装置 | JASB-S164                                                   | JZC-III               | 流量等级：2.5 级<br>压力等级：2.5 级<br>频率等级：0.2 级<br>电流等级：0.5 级            | SZGJ56672507041300 | 2027. 07. 03 |
| 声级计                 | JASB-S187                                                   | AWA5636               | $U = 0.3\text{dB}$ $k = 2$                                      | SKhx25-04097       | 2026. 10. 21 |
| 空盒气压<br>表           | JASB-S186                                                   | DYM3                  | $\pm 2.0\text{hPa}$                                             | 524046104          | 2026. 11. 09 |
| 温湿度表                | JASB-S362                                                   | WS-A1                 | $U = 0.4^{\circ}\text{C}$ $k = 2$<br>$U = 2\%\text{RH}$ $k = 2$ | 26AA140590004      | 2027. 08. 02 |
| 标准气体                | JASB-B244                                                   | 0.50%CH <sub>4</sub>  | $U_{\text{rel}} = 1\%$ $k = 2$                                  | 251113-L62515197   | 2026. 11. 12 |
|                     | JASB-B272                                                   | 1.20%CH <sub>4</sub>  |                                                                 | 260316-L202602111  | 2027. 03. 19 |
|                     | JASB-B274                                                   | 1.52%CH <sub>4</sub>  |                                                                 | 260316-31718132    | 2027. 03. 19 |
|                     | JASB-B276                                                   | 2.02%CH <sub>4</sub>  |                                                                 | 260316-31718155    | 2027. 03. 19 |
|                     | JASB-B281                                                   | 3.54%CH <sub>4</sub>  |                                                                 | 260316-0425085     | 2027. 03. 19 |
|                     | JASB-B282                                                   | 8.54%CH <sub>4</sub>  |                                                                 | 260316-31717194    | 2027. 03. 18 |
|                     | JASB-B248                                                   | 20.15%CH <sub>4</sub> |                                                                 | 251113-L1910711189 | 2026. 11. 12 |
|                     | JASB-B247                                                   | 35.09%CH <sub>4</sub> |                                                                 | 251113-L2011303089 | 2026. 11. 12 |
|                     | JASB-B284                                                   | 52.20%CH <sub>4</sub> |                                                                 | 260316-L226808021  | 2027. 03. 19 |
|                     | JASB-B285                                                   | 83.60%CH <sub>4</sub> |                                                                 | 260316-L226808169  | 2027. 03. 19 |
| 电子秒表                | JASB-S193                                                   | DM1-001               | 0.01s                                                           | KW24097010001      | 2026. 11. 07 |
| 钢卷尺                 | JASB-S093                                                   | 5m                    | $U = 0.2\text{mm}$ $k = 2$                                      | C20260104455       | 2027. 01. 25 |

检测检验结果表

| 样品编号            | 规格型号        | 出厂编号            | 安标编号          | 生产厂家                      | 出厂日期        | 仪器<br>量<br>程,%<br>CH <sub>4</sub> | 项目/参数（B、C类传感器）  |                         |      |      |           |           |            |           |                               |                          |                         |
|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|------|------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                 |             |                 |               |                           |             |                                   | 外观及<br>结构检<br>查 | 基本误差测定，%CH <sub>4</sub> |      |      |           |           | 响应<br>时间，s | 报警功能      |                               |                          |                         |
|                 |             |                 |               |                           |             |                                   |                 | 标准气<br>体物质              | 0.50 | 8.54 | 35.0<br>9 | 52.2<br>0 |            | 83.6<br>0 | 报警<br>误差，<br>%CH <sub>4</sub> | 报警<br>声级<br>强度，<br>dB(A) | 报警<br>光信<br>号           |
| HCH4-2<br>60520 | GJG100<br>J | 052220<br>50149 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2022<br>.06 | 0~<br>100                         | 符合要<br>求        | 示值误<br>差                | 0.01 | 0.07 | 1.2       | 0.1       | 2.0        | 12.6      | 0.00                          | 89.5                     | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |             |                 |               |                           |             |                                   | 合格              |                         | 合格   | 合格   | 合格        | 合格        | 合格         | 合格        | 合格                            | 合格                       | 合格                      |
| HCH4-2<br>60521 | GJG100<br>J | 037200<br>70129 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2020<br>.09 | 0~<br>100                         | 符合要<br>求        | 示值误<br>差                | 0.02 | 0.06 | 0.7       | 0.4       | 3.2        | 11.9      | 0.00                          | 87.5                     | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |             |                 |               |                           |             |                                   | 合格              |                         | 合格   | 合格   | 合格        | 合格        | 合格         | 合格        | 合格                            | 合格                       | 合格                      |
| HCH4-2<br>60522 | GJG100<br>J | 052220<br>50162 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2022<br>.06 | 0~<br>100                         | 符合要<br>求        | 示值误<br>差                | 0.00 | 0.19 | 0.9       | 0.0       | 3.4        | 12.3      | 0.00                          | 89.6                     | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |             |                 |               |                           |             |                                   | 合格              |                         | 合格   | 合格   | 合格        | 合格        | 合格         | 合格        | 合格                            | 合格                       | 合格                      |



| 样品编号            | 规格型号        | 出厂编号            | 安标编号          | 生产厂家                      | 出厂日期        | 仪器<br>量程,%<br>CH <sub>4</sub> | 项目/参数 (B、C 类传感器) |                          |      |      |           |           |             |           |                               |                           |                         |
|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                 |             |                 |               |                           |             |                               | 外观及<br>结构检<br>查  | 基本误差测定, %CH <sub>4</sub> |      |      |           |           | 响应<br>时间, s | 报警功能      |                               |                           |                         |
|                 |             |                 |               |                           |             |                               |                  | 标准气<br>体物质               | 0.50 | 8.54 | 35.0<br>9 | 52.2<br>0 |             | 83.6<br>0 | 报警<br>误差,<br>%CH <sub>4</sub> | 报警<br>声级<br>强度,<br>dB (A) | 报警<br>光信<br>号           |
| HCH4-2<br>60523 | GJG100<br>J | 052220<br>50158 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2022<br>.06 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | 0.01 | 0.09 | 1.3       | 0.1       | 4.3         | 11.3      | 0.00                          | 89.6                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |             |                 |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格   | 合格   | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |
| HCH4-2<br>60524 | GJG100<br>J | 037181<br>10229 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2018<br>.11 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | 0.00 | 0.05 | 1.2       | 0.0       | 2.5         | 12.3      | 0.00                          | 87.5                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |             |                 |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格   | 合格   | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |
| HCH4-2<br>60525 | GJG100<br>J | 037181<br>10205 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2018<br>.11 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | 0.01 | 0.16 | 1.7       | 0.4       | 2.4         | 11.2      | 0.00                          | 86.6                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |             |                 |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格   | 合格   | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |
| HCH4-2<br>60526 | GJG100<br>J | 037181<br>10218 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2018<br>.11 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | 0.02 | 0.09 | 0.1       | 0.1       | 0.9         | 12.7      | 0.00                          | 89.5                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |

| 样品编号            | 规格型号            | 出厂编号             | 安标编号          | 生产厂家                      | 出厂日期        | 仪器<br>量程,%<br>CH <sub>4</sub> | 项目/参数 (B、C 类传感器) |                          |           |           |           |           |             |           |                               |                           |                         |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                 |                 |                  |               |                           |             |                               | 外观及<br>结构检<br>查  | 基本误差测定, %CH <sub>4</sub> |           |           |           |           | 响应<br>时间, s | 报警功能      |                               |                           |                         |
|                 |                 |                  |               |                           |             |                               |                  | 标准气<br>体物质               | 0.50      | 8.54      | 35.0<br>9 | 52.2<br>0 |             | 83.6<br>0 | 报警<br>误差,<br>%CH <sub>4</sub> | 报警<br>声级<br>强度,<br>dB (A) | 报警<br>光信<br>号           |
| 单项结论            |                 |                  |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格        | 合格        | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |
| HCH4-2<br>60527 | GJG100<br>J     | 037181<br>10212  | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2018<br>.11 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | -0.0<br>1 | -0.4<br>1 | -1.2      | -2.6      | -0.9        | 11.6      | 0.00                          | 88.5                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |                 |                  |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格        | 合格        | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |
| HCH4-2<br>60528 | GJG100<br>J (A) | 0523C3<br>CA0200 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2023<br>.07 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | 0.00      | 0.05      | 0.5       | 0.2       | 1.3         | 12.4      | 0.00                          | 87.2                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |                 |                  |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格        | 合格        | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |
| HCH4-2<br>60529 | GJG100<br>J (A) | 0523C3<br>BB0196 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2023<br>.07 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | -0.0<br>2 | -0.4<br>1 | -1.2      | -2.8      | -3.3        | 11.5      | 0.00                          | 87.3                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |                 |                  |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格        | 合格        | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |



| 样品编号            | 规格型号            | 出厂编号             | 安标编号          | 生产厂家                      | 出厂日期        | 仪器<br>量程,%<br>CH <sub>4</sub> | 项目/参数 (B、C 类传感器) |                          |      |      |           |           |             |           |                               |                           |                         |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                 |                 |                  |               |                           |             |                               | 外观及<br>结构检<br>查  | 基本误差测定, %CH <sub>4</sub> |      |      |           |           | 响应<br>时间, s | 报警功能      |                               |                           |                         |
|                 |                 |                  |               |                           |             |                               |                  | 标准气<br>体物质               | 0.50 | 8.54 | 35.0<br>9 | 52.2<br>0 |             | 83.6<br>0 | 报警<br>误差,<br>%CH <sub>4</sub> | 报警<br>声级<br>强度,<br>dB (A) | 报警<br>光信<br>号           |
| HCH4-2<br>60530 | GJG100<br>J (A) | 0523C3<br>CA0201 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2023<br>.07 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | 0.05 | 0.03 | 0.9       | 0.9       | 0.7         | 12.3      | 0.00                          | 87.5                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |                 |                  |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格   | 合格   | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |
| HCH4-2<br>60531 | GJG100<br>J (A) | 0523C3<br>BB0182 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2023<br>.07 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | 0.04 | 0.04 | 0.4       | 0.9       | 0.7         | 12.5      | 0.00                          | 87.7                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |                 |                  |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格   | 合格   | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |
| HCH4-2<br>60532 | GJG100<br>J (A) | 0523C3<br>BB0197 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2023<br>.07 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | 0.01 | 0.05 | 0.9       | 1.0       | 1.0         | 11.2      | 0.00                          | 87.4                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |                 |                  |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格   | 合格   | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |
| HCH4-2<br>60533 | GJG100<br>J (A) | 0523C3<br>CA0202 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2023<br>.07 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | 0.02 | 0.08 | 0.8       | 2.2       | 3.2         | 12.1      | 0.00                          | 76.7                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |

| 样品编号            | 规格型号            | 出厂编号             | 安标编号          | 生产厂家                      | 出厂日期        | 仪器<br>量程,%<br>CH <sub>4</sub> | 项目/参数 (B、C 类传感器) |                          |           |           |           |           |             |           |                               |                           |                         |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                 |                 |                  |               |                           |             |                               | 外观及<br>结构检<br>查  | 基本误差测定, %CH <sub>4</sub> |           |           |           |           | 响应<br>时间, s | 报警功能      |                               |                           |                         |
|                 |                 |                  |               |                           |             |                               |                  | 标准气<br>体物质               | 0.50      | 8.54      | 35.0<br>9 | 52.2<br>0 |             | 83.6<br>0 | 报警<br>误差,<br>%CH <sub>4</sub> | 报警<br>声级<br>强度,<br>dB (A) | 报警<br>光信<br>号           |
| 单项结论            |                 |                  |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格        | 合格        | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |
| HCH4-2<br>60534 | GJG100<br>J (A) | 0523C3<br>BB0181 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2023<br>.07 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | -0.0<br>1 | -0.1<br>5 | -0.5      | -1.7      | -3.2        | 11.5      | 0.00                          | 87.3                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |                 |                  |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格        | 合格        | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |
| HCH4-2<br>60535 | GJG100<br>J (A) | 0523C3<br>BB0163 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2023<br>.07 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | 0.00      | 0.03      | 0.6       | 1.5       | 2.1         | 11.8      | 0.00                          | 87.5                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |                 |                  |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格        | 合格        | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |
| HCH4-2<br>60536 | GJG100<br>J (A) | 0523C3<br>BB0162 | MFB180<br>142 | 常州迪泰<br>科测控设<br>备有限公<br>司 | 2023<br>.07 | 0~<br>100                     | 符合要<br>求         | 示值误<br>差                 | 0.01      | 0.05      | 0.9       | 1.4       | 1.6         | 11.5      | 0.00                          | 82.3                      | 在 20m<br>处清<br>晰可<br>见。 |
| 单项结论            |                 |                  |               |                           |             |                               | 合格               |                          | 合格        | 合格        | 合格        | 合格        | 合格          | 合格        | 合格                            | 合格                        | 合格                      |



## 现场检测检验影像

