



报告编号：NMJAJY-M/FSCGBG/26-0019

矿用风速传感器 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古棋盘井矿业有限责任公司
受检单位：内蒙古棋盘井矿业有限责任公司
样品名称：风速传感器
检验类别：委托检测检验
检验日期：2026 年 08 月 31 日
建议下次检验日期：2027 年 02 月 28 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司



扫码查询真伪

注 意 事 项

- 一、检测检验报告检测检验数据仅对被检样品当时安全状态负责。
- 二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 三、检测检验报告未加盖本公司“公章”或“检验检测专用章”、“资质章”、“骑缝章”无效。
- 四、除全文复制外,未经实验室批准不得部分复制报告。
- 五、检测检验报告涂改无效。
- 六、若对检测检验报告有异议,请于收到检测检验报告之日起,十五日内向本公司提出处理,逾期视为认可。
- 七、被检样品到检测检验周期时,应再次进行检测检验。
- 八、被检样品大修后,可能影响其安全性能,建议再次进行检测检验。

检验机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼
二楼。

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所 1：☐阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

场所 2：☒鄂尔多斯东胜区铜川镇捷通机电城实验室。

矿用风速传感器安全检测检验报告

受检单位	名称	内蒙古棋盘井矿业有限责任公司				
	地址	鄂托克旗棋盘井政府东 2 公里处				
检测检验类别		委托检测检验	样品名称	风速传感器		
检测检验地点		鄂尔多斯市东胜区铜川镇捷通机电城实验室				
检测检验依据		MT/T 448-2008《矿用风速传感器》				
检测检验项目	序号	项目/参数	依据标准条款要求			
	1	外观及结构	显示清晰完好, 表面涂、镀层均匀、牢固、颜色一致, 结构合理, 有悬挂或支撑结构。			
	2	基本误差	测量原理	测量范围, m/s	基本误差, m/s	
			□卡曼涡街原理	0.4~15	±0.3	
				0.5~25	±0.4	
			☑压差原理	0.4~15	±0.2	
			0.5~25	±0.3		
检测检验环境		温度: (22.9~23.5)℃ 相对湿度: (51~53)% 大气压力: (85.2~85.5) kPa				
检测检验用主要设备、仪器和仪表	检测检验用主要设备、仪器和仪表					
	名称	管理编号	规格型号	准确度等级/最大允许误差/不确定度	检定/校准证书编号	有效期至
	矿用风速测量仪表检定装置 绝压传感器 温湿度传感器	JASB-S129	DKF-500×	三级	SZGJ56672501	2027.01.02
			500/700×	大气压精度: ±0.3hPa	031963	
			700	温度精度: ±0.4℃	SZGJ56672501	2027.01.07
			276	湿度精度: ±4%RH	081056	
			HF335-DBIX		SZGJ56672501	2027.01.07
				081055		
皮托管	JASB-S290	AFP-8A	k=0.998	JL2301124765	2026.11.23	
电子秒表	JASB-S193	DM1-001	0.01s	KW2409701000 1	2026.11.07	
检测检验组成员		孙志超 乌云娜				
检测检验结论		依据 MT/T 448—2008《矿用风速传感器》对煤矿用风量传感器进行了检测检验, 详见《检测检验结果表》。 结论: 所检项目合格。 签发日期 2026年09月09日				
备注		/				

批准:

审核:

主检:

检测检验结果表

样品编号	FSCG-260134	规格型号	GFW15 (A)		
仪器量程， m/s	0~15	出厂编号	02426030235		
出厂日期	2026. 03	安标证号	MFB100049		
生产厂家	常州迪泰科特测控设备有限公司				
项目/参数	检测检验结果数据			单项 结论	
外观及结构	显示清晰完好，表面涂、镀层均匀、牢固、颜色一致，结构合理，有悬挂或支撑结构。			合格	
基本误差	序号	检定点	示值误差，m/s	允许误差，m/s	
	1	0. 40	0. 03	±0. 2	合格
	2	3. 00	0. 08	±0. 2	合格
	3	6. 00	0. 09	±0. 2	合格
	4	9. 00	0. 10	±0. 2	合格
	5	12. 00	0. 10	±0. 2	合格
	6	15. 00	0. 12	±0. 2	合格

检测检验结果表

样品编号	FSCG-260135	规格型号	GFW15		
仪器量程， m/s	0~15	出厂编号	02018100789		
出厂日期	2018.10	安标证号	MFB100049		
生产厂家	常州迪泰科特测控设备有限公司				
项目/参数	检测检验结果数据			单项 结论	
外观及结构	显示清晰完好，表面涂、镀层均匀、牢固、颜色一致，结构合理，有悬挂或支撑结构。			合格	
基本误差	序号	检定点	示值误差，m/s	允许误差，m/s	
	1	0.40	-0.01	±0.2	合格
	2	3.00	0.09	±0.2	合格
	3	6.00	0.09	±0.2	合格
	4	9.00	0.04	±0.2	合格
	5	12.00	0.03	±0.2	合格
	6	15.00	0.08	±0.2	合格



检测检验结果表

样品编号	FSCG-260136	规格型号	GFW15		
仪器量程， m/s	0~15	出厂编号	02018100813		
出厂日期	2018. 10	安标证号	MFB100049		
生产厂家	常州迪泰科特测控设备有限公司				
项目/参数	检测检验结果数据			单项 结论	
外观及结构	显示清晰完好，表面涂、镀层均匀、牢固、颜色一致，结构合理，有悬挂或支撑结构。			合格	
基本误差	序号	检定点	示值误差，m/s	允许误差，m/s	
	1	0.40	-0.01	±0.2	合格
	2	3.00	-0.17	±0.2	合格
	3	6.00	0.15	±0.2	合格
	4	9.00	0.16	±0.2	合格
	5	12.00	-0.08	±0.2	合格
	6	15.00	0.02	±0.2	合格

检测检验现场影像

