（蒙 矿管 24 01）

报告编号：NMJAJY-M/WDCBG/26-0051

煤矿用温度传感器

安全检测检验报告

委托单位：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

受检单位：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

样品名称：矿用多参数传感器

检验类别：委托检测检验

检验日期：2026 年 09 月 08 日

建议下次检验日期：2027 年 03 月 07 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司

扫码查询真伪

注 意 事 项

一、检测检验报告中数据仅对被检样品当时安全状态负责。

二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。

三、检测检验报告未加盖本公司“公章”或“检验检测专用章”、“资质章”、“骑缝章”无效。

四、除全文复制外,未经实验室批准不得部分复制报告。

五、检测检验报告涂改无效。

六、若对检测检验报告有异议，请于收到检测检验报告之日起，十五日内向本公司提出处理，逾期视为认可。

七、被检样品到检测检验周期时，应再次进行检测检验。

八、被检样品大修后，可能影响其安全性能，建议再次进行检测检验。

检验机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所 1：☐阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

场所 2：☑鄂尔多斯东胜区铜川镇捷通机电城实验室。

煤矿用温度传感器安全检测检验报告

受检单位	名称	内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿		
	地址	鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇松定霍洛村		
检测检验类别		委托检测检验	样品名称	矿用多参数传感器
检测检验地点		鄂尔多斯市东胜区铜川镇捷通机电城实验室		
检测检验依据		MT/T 381-2007《煤矿用温度传感器通用技术条件》		

检测检验项目

序号	项目/参数	依据标准条款要求
1	外观及结构检查	显示清晰完好，表面涂、镀层均匀、牢固、颜色一致，结构合理，有悬挂或支撑结构。
2	基本误差测定	≤±1.2℃
3	响应时间测定	响应时间≤10s（水中）。

检测检验环境

温度：（22.9～23.5）℃　相对湿度：（51～53）%　大气压力：（85.2～85.5）kPa

检测检验用主要设备、仪器和仪表

名称	管理编号	规格型号	准确度等级/最大允许误差/不确定度	检定/校准证书编号	有效期至
温度传感器检定配套装置	JASB-S167	WCJ-II	频率等级：0.2 级 水银温度计：二等	SZGJ56672507041348 SZGJ56672507041349 SZGJ56672507041350 SZGJ56672507041351 SZGJ56672507041352 SZGJ56672507041353 SZGJ56672507041354 SZGJ56672507041355	2027.07.03
低温恒温槽	JASB-S358	DHC-2005-A	/	R20251149986	2026.11.08
电子秒表	JASB-S191	DM1-001	0.01s	TJ3m2024-11-10010	2026.11.10
空盒气压表	JASB-S186	DYM3	±2.0hPa	524046104	2026.11.09
温湿度表	JASB-S362	WS-A1	$U=0.4$℃ $k=2$ $U=2\%$RH $k=2$	26AA140590004	2027.08.02

检测检验组成员

樊琛白　高千博

检测检验结论

依据 MT/T 381-2007《煤矿用温度传感器通用技术条件》对矿用多参数传感器进行了检测检验，详见《检测检验结果表》。

结论：所检项目合格。

签发日期 2026年09月23日

备注

/

批准：　　审核：　　主检：

检测检验结果表

样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器量程，℃	项目/参数							
							外观及结构检查	基本误差测定℃						响应时间，s
								标准温度计示值	10	20	30	40	50	
GD-260029	GD3	2605009	MFB200303	常州本安科技有限公司	2026.05	0-50	符合要求	示值误差	0.5	0.6	0.4	0.8	0.7	7.3
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格
GD-260030	GD3	2603029	MFB200303	常州本安科技有限公司	2026.05	0-50	符合要求	示值误差	0.2	0.5	0.7	0.7	0.6	7.7
单项结论							合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格

检测检验现场影像

中煤科工集团重庆研究院有限公司
WCJ-II温度传感器
检定鉴定装置
2026年09月08日
鄂尔多斯市·捷通五金机电城B区
(塔拉壕中心卫生院东南)
志定义水印相机——记录生活
志定义水印相机-记录美好生活